



ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO DE COTAÇÃO Nº 001/2025

Aos 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 15:30 horas, na sede de Santa Casa de Misericórdia de Areado, situada à Praça João Lourenço, nº173, Centro, reuniram-se os membros da Comissão de Agentes de Compras, designada pela Instituição, com a finalidade de analisar as propostas recebidas no Processo de Cotação Prévia de Preços do Tipo Menor Preço por Item nº 001/2025, visando à contratação de fornecedores para aquisição de equipamentos permanentes para unidade de atenção especializada em saúde.

Relação dos vencedores, equipamentos e valores:

Relação de Itens vencedores					
Empresa Vencedora	CNPJ	Equipamento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Olidief OZ Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares LTDA	55.983.274/0001-30	Berço aquecido	R\$ 21.040,00	1	R\$ 21.040,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Bomba de infusão	R\$ 4.900,00	2	R\$ 9.800,00
KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA	79.805.263/0001-28	Cama Elétrica	R\$ 21.210,00	2	R\$ 42.420,00
KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA	79.805.263/0001-28	Cerro de Emergência	R\$ 4.660,00	2	R\$ 9.320,00
KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA	79.805.263/0001-28	Carro Maca	R\$ 3.960,00	2	R\$ 7.920,00
KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA	79.805.263/0001-28	Foco Cirúrgico	R\$ 64.900,00	1	R\$ 64.900,00
MTB Tecnologia LTDA-EPP	01.405.834/0001-40	Monitor Multiparâmetros	R\$ 6.740,00	1	R\$ 6.740,00
MTB Tecnologia LTDA-EPP	01.405.834/0001-40	Monitor Multiparâmetros para centro cirúrgico	R\$ 14.240,00	1	R\$ 14.240,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Oftalmoscópio	R\$ 1.273,00	2	R\$ 2.546,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Poltrona Hospitalar	R\$ 1.431,00	5	R\$ 7.155,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Suporte de Hampster	R\$ 489,00	4	R\$ 1.956,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Banqueta	R\$ 700,00	4	R\$ 2.800,00
SC Medical Indústria Comércio e Serviços Ltda	12.246.862/0001-88	Ultrassom	R\$ 166.500,00	1	R\$ 166.500,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Mesa Auxiliar	R\$ 798,00	5	R\$ 3.990,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Armário Vitrine	R\$ 2.120,00	1	R\$ 2.120,00
Cirúrgica Fênix LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	Tela de Projeção	R\$ 1.155,00	1	R\$ 1.155,00
Lótus Indústria e Comércio Ltda	02.799.882/0001-22	Raio-x Móvel	R\$ 258.900,00	1	R\$ 258.900,00
Total					R\$ 623.502,00
Item frustado					R\$ 63.645,00
Saldo Remanescente / Economia					R\$ 69.835,00

Após criteriosa análise das propostas apresentadas, bem como a documentação, observando os princípios da economicidade, qualidade e cumprimento das especificações, foram declarados vencedores os seguintes fornecedores:

1. **Olidief OZ Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares LTDA**, CNPJ nº **55.983.274/0001-30**, para o fornecimento de **Berço aquecido**, no valor total de **R\$ 21.040,00**, conforme proposta apresentada.



2. **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA**, CNPJ nº **79.805.263/0001-28**, para o fornecimento de **Cama Elétrica**, no valor total de **R\$ 42.420,00**, conforme proposta apresentada.
3. **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA**, CNPJ nº **79.805.263/0001-28**, para o fornecimento de **Carro de Emergência**, no valor total de **R\$ 9.320,00**, conforme proposta apresentada.
4. **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA**, CNPJ nº **79.805.263/0001-28**, para o fornecimento de **Carro Maca**, no valor total de **R\$ 7.920,00**, conforme proposta apresentada.
5. **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA**, CNPJ nº **79.805.263/0001-28**, para o fornecimento de **Foco Cirúrgico**, no valor total de **R\$ 64.900,00**, conforme proposta apresentada.
6. **MTB Tecnologia LTDA-EPP**, CNPJ nº **01.405.834/0001-40**, para o fornecimento de **Monitor Multiparâmetros**, no valor total de **R\$ 6.740,00**, conforme proposta apresentada.
7. **MTB Tecnologia LTDA-EPP**, CNPJ nº **01.405.834/0001-40**, para o fornecimento de **Monitor Multiparâmetros para centro cirúrgico**, no valor total de **R\$ 14.240,00**, conforme proposta apresentada.
8. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Bomba de infusão**, no valor total de **R\$ 9.800,00**, conforme proposta apresentada.
9. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Oftalmoscópio**, no valor total de **R\$ 2.546,00**, conforme proposta apresentada.
10. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Poltrona Hospitalar**, no valor total de **R\$ 7.155,00**, conforme proposta apresentada.
11. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Suporte de Hamper**, no valor total de **R\$ 1.956,00**, conforme proposta apresentada.
12. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Banqueta**, no valor total de **R\$ 2.800,00**, conforme proposta apresentada.
13. **SC Medical Indústria Comércio e Serviços Ltda**, CNPJ nº **12.246.862/0001-88**, para o fornecimento de **Ultrassom**, no valor total de **R\$ 166.500,00**, conforme proposta apresentada.
14. **Cirúrgica Fênix LTDA - EPP**, CNPJ nº **41.934.829/0001-49**, para o fornecimento de **Mesa Auxiliar**, no valor total de **R\$ 3.990,00**, conforme proposta apresentada.



15. Cirúrgica Fênix LTDA - EPP, CNPJ nº 41.934.829/0001-49, para o fornecimento de **Armário Vitrine**, no valor total de **R\$ 2.120,00**, conforme proposta apresentada.
16. Cirúrgica Fênix LTDA - EPP, CNPJ nº 41.934.829/0001-49, para o fornecimento de **Tela de Projeção**, no valor total de **R\$ 1.155,00**, conforme proposta apresentada.
17. Lótus Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 02.799.882/0001-22, para o fornecimento de **Raio-x Móvel**, no valor total de **R\$ 258.900,00**, conforme proposta apresentada.

Durante a análise técnica das propostas apresentadas no presente certame, observou-se que o **Item**

1 – Endoscópio Flexível foi considerado **frustrado**. **Especificação do item do edital:**

Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva, valor R\$ R\$

63.645,00. Item que deveria ser adquirido: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD), que possua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, HD externo, cartão de memória ou computador). Com sistema de balanço de branco (White balance), ajuste de vermelho e azul independentes, sistema de realce de imagem e sistema de shutter manual ou automático. Deve ter dispositivo de congelamento de imagens (freeze scan). Deve possuir controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Saída de vídeo compatível com a imagem HD. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível a 300W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Monitor de Vídeo: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 24 polegadas, com resolução de mínima de 1920 x 1080 pixels. Com ajuste de



brilho e sistema de cor PAL / NTSC. Entrada de vídeo compatível com a processadora de imagens. Vídeo Gastrosκόpio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita, com sistema ótico com campo de visão frontal. Ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, de 90 a 120 graus para baixo no mínimo e de 100 a 120 graus no mínimo para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,8 (+/- 1mm), diâmetro distal de aproximadamente de 9,8 (+/- 1mm), e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.050mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Vídeo Colonoscópio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita., sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm), ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm) e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho de 1600 a 1700 mm no mínimo, comprimento total de 1990mm a 2010mm no mínimo. Acessórios que acompanham o sistema: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Valor: R\$272.138,00. Dessa forma o item não foi adquirido devido a especificação errada.

No que se refere ao **Item 3 – Bomba de Infusão**, a proposta apresentada pela empresa **Mhédica**, no valor de R\$ 3.987,00, foi **desclassificada por não atender a requisitos técnicos essenciais**, tais como: ausência de conector de rede DC12V, falta do modo de operação por peso corporal, inexistência da função de aquecimento e impossibilidade de configuração de dois planos consecutivos de infusão, conforme previsto no termo de referência.

Handwritten signatures:
JCP
JPM
Santos



Em relação ao **Item 12 – Raio X Móvel**, a proposta da empresa **Imex Medical**, no valor de R\$ 165.000,00, foi **desclassificada** por ofertar um equipamento de tecnologia **analógica**, quando o edital exigia expressamente a apresentação de equipamento **digital**.

Quanto ao **Item 14 – Cama Elétrica**, a proposta da empresa **Soares & Mota**, no valor de R\$ 18.000,00, foi **desclassificada** por não atender às seguintes especificações técnicas obrigatórias: capacidade mínima de carga de 250Kg (foi ofertada capacidade de 200Kg), ausência de para-choque em PVC, ausência de grau de proteção IP54, falta de suporte de dreno, compensação abdominal e a não apresentação de quatro posições para suporte de soro.

No **Item 15 – Ultrassom**, três propostas foram desclassificadas por falhas técnicas relevantes. A empresa **Tadmedical (Soli)** apresentou proposta no valor de R\$ 150.000,00, mas foi **desclassificada** pela ausência de informações no manual técnico sobre a faixa dinâmica e a quantidade de canais, além da ausência de nobreak e impressora. A empresa **Alfamed**, com proposta de R\$ 154.560,00, foi desclassificada por não atender à exigência mínima de faixa dinâmica de 280DB. A proposta da empresa **Opus**, no valor de R\$ 147.940,00, foi desclassificada por não apresentar regulagem de ajuste no console de comandos e por ofertar sistema operacional Linux, quando o edital exigia o sistema Windows.

Por fim, no **Item 18 – Foco Cirúrgico**, a proposta da empresa **Mhédica**, no valor de R\$ 59.580,00, foi **desclassificada** por não atender a diversas exigências técnicas essenciais, dentre as quais: vida útil dos LEDs inferior a 280.000 horas, ausência do modo ENDO com intensidade luminosa de 7.000 lux, inexistência de sistema de controle de diâmetro de campo, ausência do grau de proteção IP44 e temperatura de cor fora da faixa exigida de 3000 a 6000ºK.

Tais ocorrências estão devidamente registradas nesta ata para fins de publicidade, transparência e fundamentação das decisões tomadas pela Comissão de Licitação.

Areado, 23 de maio de 2025.



Membros da Comissão


Adriana Corgozinho de Melo Pereira
Presidente da Comissão

Equipe de Apoio:


Carla de Oliveira Santos


Letícia Aparecida Gonçalves
Santos


Izabela Cristina de Oliveira